SAM® Junctional Tourniquet

KONTROLL AV BLØDNING I LYSKEN



Skyv beltet under pasienten, og plasser Target Compression Device (TCD) over området som skal komprimeres. Bruk et sterilt gasbind eller en hemostatisk bandasje hvis den skal brukes rett over et sår. **Bruk en ekstra TCD ved bruk på begge sider.**



Hold TCD på plass, og fest beltet ved hjelp av spennen.



Dra de **BRUNE HÅNDTAKENE** fra hverandre til spennen festes. Du hører et klikk. Fest overflødig belte på plass ved å trykke det ned på borrelåsen. Du hører kanskje et ekstra klikk når beltet er festet.



Bruk håndpumpen til å pumpe opp TCD til blødningen stopper. Overvåk pasienten under transport for blødningskontroll, og juster enheten ved behov.

Løsne beltet **FOR Å FJERNE**.

IMMOBILISERING AV BEKKENBRUDD



Fjern gjenstander fra pasientens lommer eller bekkenområde. Skyv beltet, uten TCD, under pasienten i høyde med trokanterne (hoftene).



Fest beltet ved hjelp av spennen.



Dra de **BRUNE HÅNDTAKENE** fra hverandre til spennen festes. Du hører et klikk. Fest overflødig belte på plass ved å trykke det ned på borrelåsen. Du hører kanskje et ekstra klikk når beltet er festet. Ved forlenget bruk må pasientens hud overvåkes. Når SJT brukes som en bekkenslynge, skal den være godt festet til pasienten i MR-rommet.

Løsne beltet **FOR Å FJERNE**.

SAM® Junctional Tourniquet

KONTROLL AV BLØDNING I ARMHULEN



Fest SJT under pasientens armer, så høyt som mulig. Plasser D-ringen på den skadde siden, og juster den på linje med siden av halsen. Sett i spennen, og fest beltet ved å dra de **BRUNE HÅNDTAKENE** fra hverandre til du hører et klikk.



Fest forlengeren på TCD før bruk, og plasser den på stroppen på den brune borrelåsen.



Fest stroppen ved hjelp av den store karabinkroken til D-ringen foran på SJT.

Fest ekstrastroppen til snoren på baksiden av SJT ved hjelp av den lille karabinkroken, så nært pasientens midtlinje som mulig.



Stram stroppen så mye som mulig ved hjelp av det **BRUNE HÅNDTAKET**. Bruk pumpen til å pumpe opp TCD til blødningen stopper. Overvåk pasienten under transport for blødningskontroll, og juster enheten ved behov. Løsne beltet **FOR Å FJERNE**.

⚠ ADVARSLER:

Det kan være nødvendig med ekstra håndpumper ved høydeendringer. Ved høydeendringer kan TCD fylles med vann, saltvann eller en annen ikke-komprimberbar væske med en sprøyte.

BRUKSOMRÅDE:

SAM Junctional Tourniquet er beregnet på å kontrollere blødning i lyske og armhuler i opptil 4 timer når standardturnikeer ikke kan brukes.

INDIKASJONER FOR BRUK:

SAM Junctional Tourniquet er indisert for slagmark- og traumesituasjoner:

- Til kontroll av vanskelige blødninger i lyskeområdet
- Til kontroll av vanskelige blødninger i armhuleområdet
- Til immobilisering av bekkenbrudd

⚠ FORHOLDSREGLER:

- SAM Junctional Tourniquet er beregnet på å være på i opptil fire timer.
- Fjern gjenstander fra pasientens lommer og klær før bruk.
- Ved forlenget bruk som en bekkenslynge må pasientens hud overvåkes for trykkskader.
- Enheten er kun til engangsbruk.
- Gjenbruk av enheten kan medføre sykdom (f.eks. infeksjon) eller skade (redusert ytelse).
- Kasser brukte enheter i henhold til helseinstitusjonens protokoll for biologisk fare.
- Når SJT brukes som en bekkenslynge, skal den være godt festet til pasienten i MR-rommet.

UØNSKEDE BIVIRKNINGER:

- Bruk av turniké kan medføre betydelige smerter.
- Bruk av turniké kan medføre skader i hud, muskler, kar eller nerver.

KLINISK INFORMASJON FOR BRUKERE:

For å bruke dette produktet på en trygg måte er det nødvendig å gjøre seg kjent med og få opplæring i bruk av SAM Junctional Tourniquet og bruksanvisningen i tillegg til å følge helseorganisasjonens evidensbaserte behandlingsstandarder og kliniske retningslinjer, inkludert bruk av personlig verneutstyr. Hvis enheten ikke brukes i tråd med bruksanvisningen, opplæring og kliniske retningslinjer for best praksis, kan det føre til alvorlig sykdom eller skade.

Melding til brukere/pasienter:

Alle alvorlige hendelser som oppstår i forbindelse med enheten, skal rapporteres til produsenten og den kompetente myndigheten i medlemslandet der brukeren og/eller pasienten holder til.

SYMBOLFORKLARING:

Produsent	
Partikode	LOT
MR-sikker under visse betingelser	MR
Forsiktig	
Kun på resept i USA	Rx only
Katalognummer	REF
Medisinsk utstyr	MD

Ikke-sterilt produkt	NON STERILE
Skal ikke brukes på nytt	
CE-merking	CE
Autorisert representant i EU	EC REP
Se bruksanvisningen. Elektronisk bruksanvisning tilgjengelig på: sammedical.com/eIFU	
Importør	
Unik enhetsidentifikator	UDI

REF JT400 - EN - SJT-belte | 2 TCD | Forl. | Håndpumpe | Ekstrastropp
NSN# 6515-01-618-7475 / NSN# 6515-01-646-2617

REF JT401 - EN - SJT-belte | 1 TCD | Håndpumpe

©2023 SAM Medical Products®
All rights reserved.

JT-IS-NO-04
UTGIVELSESDATO: 2023-08

SAM Medical Products®
12200 SW Tualatin Rd., Suite 200
Tualatin, OR 97062, USA
+1 503.639.5474

EC REP
Emergo Europe, Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem, The Netherlands

MedEnvoy Global
Prinses Margrietplantsoen 33, Suite 123,
2595 AM The Hague, The Netherlands